

# 10.260.00



**MeccanotticaMazza**  
ambienti oftalmici



Riunito con strumenti e console comandi in posizione di lavoro  
Unit with instruments and control panel console in working position

Console comandi con cassetto porta vassoio lenfi di prova, alloggiamento strumenti a mano  
Control panel console with trial lens drawer, hand instruments support



Nuova poltrona mod. 20.600.00  
New chair mod. 20.600.00



Versione riunita con inserti colorati scrivania con hit pc per mod. 10.260.00




Unit version with colour clips scrivania con hit pc per mod. 10.260.00



Particolari in legno per mod. 10.260.00  
Wood details for mod. 10.260.00

Wood details for mod. 10.260.00

Maniglia blocca/sblocca traslazione tavolo strumenti  
Lock/unlock system for instruments sliding table



Dimensioni in mm.  
Dimensions in mm.

1. Struttura principale riunita  
Main unit structure

2. Piano 2 strumenti a traslazione  
refilinea normale  
Two instruments table  
with manual linear movement

3. Console comandi con cassetto  
porta vassoio lenfi di prova  
Control panel console  
with lens tray drawer

4. Colonna alluminio con lampada  
e supporto proiettore  
Aluminium column with lamp  
and projector support

5. Braccio autobilanciato  
parte foratura (opzionale)  
Counter balanced  
phoropter arm (optional)



**Scheda tecnica**

- \* Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- \* Assorbimento 700W
- \* Prese ausiliarie 230Vac 50Hz 200W (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- \* Alimentazione tavolo di lavoro 3-12Vac 230Vac 50Hz 200W (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)

**Technical data**

- \* Power supply 230Vac 50Hz (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- \* Power consumption 700W
- \* Auxiliary outputs 230Vac 50Hz 200W (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- \* Working table voltage 3-12Vac 230Vac 50Hz 200W (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)

**Conforme alle direttive:**

- 90/37/CEE e successive modifiche
- 89/336/CEE e successive modifiche
- 73/23/CEE e successive modifiche
- 93/42/CEE e successive modifiche

**Comply to the directives:**

- 90/37/CEE and following modifications
- 89/336/CEE and following modifications
- 73/23/CEE and following modifications
- 93/42/CEE and following modifications



**MeccanotticaMazza**  
ambienti oftalmici

20048 CARATE BRIANZA (MI) - ITALIA - VIA TIZIANO, 9  
TEL. +39.0362.902185 r.a. FAX +39.0362.903306  
mecca@meccanotticamazza.it  
www.meccanotticamazza.it



CONFORME ALLA MARCATURA CE

Tutti i diritti sono riservati. MeccanotticaMazza è un marchio di MeccanotticaMazza. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla MeccanotticaMazza.